



T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
DENİZLİ DEVLET HASTANESİ

Sayı:
Konu: Teklif

Hastanemiz servislerinin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı malzemelerin birim fiyatının KDV hariç olarak 26.01.2018 PAZARTESİ günü saat 11:00 ' a kadar Satınalma Komisyonu Başkanlığına göndermenizi rica ederim.

DENİZLİ DEVLET HASTANESİ
Hüseyin AYDIN
Sic. No: T10590
Müdür Yardımcısı

| No | Alım / İş Adı | Miktarı | Birimi | B.Fiyat | Tutar |
|----|------------------------------------|---------|---------------|---------|-------|
| 1 | DREN HEMOVAC ÇİFT İĞNE 10CH 400 CC | 200 | ADET | | |
| 2 | DREN HEMOVAC TEK İĞNE 12CH 400 CC | 200 | ADET | | |
| 3 | DREN HEMOVAC TEK İĞNE 14CH 400 CC | 200 | ADET | | |
| | | | Genel Toplam: | | |

EKİ : 1 SAYFA TEKNİK ŞARTNAME

İLETİŞİM: (0258) 263 93 11 / 1525
FAKS: 241 28 53
E-MAIL: denizlidhs.dtemin@saglik.gov.tr

NOT:

- 1) TEKLİF VERİRKEN ÜRÜNÜN MARKASINI VE ÜRÜNÜN TIBBİ CİHAZ / SARF MALZEME İSE UBB KODUNU MUTLAKA BELİRTİNİZ
- 2) TEKLİF VERİRKEN FİRMANIZIN KAŞE VE İMZASINI UNUTMAYINIZ.

36. DREN HEMOVAC ÇİFT İĞNE 10CH 400 CC
37. DREN HEMOVAC ÇİFT İĞNE 12CH 400 CC
38. DREN HEMOVAC TEK İĞNE 14CH 400 CC

1. Tek/Çift uçlu disposable drenleri pvc olup, uçlarında delicileri (paslanmaz çelik) monte halde olmalıdır.
2. Körüklü haznesi 400-500 ml. Sıvı alabilecek kapasitede olmalıdır.
3. Çift uçlularda Steril 2'şer adet ayrı uçları olmalıdır. Bu iki uç/tek uç tek bir lastik bağlantı üzerinde birleştikten sonra 125 cm uzunluğunda kendiliğinden klempe edilebilir bir bağlantı tüpüne bağlanmalıdır.
4. Bağlantı tüpü ucunda vakum ayarlayabilen bir delik ve deliğin lastik bant ile kontrol edildiği bir rezervuara bağlanmalıdır.
5. Vakum yapmak için çelik yay kullanılmamalıdır.drenaj süresince hava kaçağı yapmamalıdır.


DREN HEMOVAC ÇİFT İĞNE 10CH 400 CC
DREN HEMOVAC ÇİFT İĞNE 12CH 400 CC
DREN HEMOVAC TEK İĞNE 14CH 400 CC